

承德市华通环保仪器有限公司

◇ 发件人：李晓新

◇ 电 话：0314-2064206

0314-2063127

◇手机：13091356282

◇ 邮 箱：530605729@qq.com

HT-8 型浊度计



一、仪器用途：

HT-8 型浊度仪采用微电脑及散射光原理，仪器的设计符合国标《HJ1075-2019 水质浊度的测定浊度计法》中分光光度法篇，适用于自来水厂、中水处理厂、发电厂、游泳池水回用、环保部门、食品饮料行业等行业用来测试水的浊度。以便控制水的浊度，达到规定的水质标准。

二、技术指标：

- 1、测量范围：0-20，0—200NTU，0-800NTU；
- 2、电源：220V/50Hz；
- 3、分辨率：0.01NTU，0.1NTU，1NTU；
- 4、线性误差：±2.5%F.S；
- 5、重复性：≤0.8%；
- 6、仪器重量、尺寸：2.5Kg，420×310×260mm；

三、仪器特点

- 1、采用 90° 散射光作为测量光源。
- 2、普及型、测量范围广，水厂专用，稳定性好、免维护。
- 3、采用 LCD 液晶显示，光线暗处也能读取数据。
- 4、仪器使用环境：（5~40）℃； 相对湿度<85%（无冷凝）； 避免强光照射。